UNIVERSITÄTSKLINIKUM MAGDEBURG A.ö.R.

OTTO VON GUERICKE UNIVERSITÄT MAGDEBURG

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle
D-ML-13264-02-00
D-PL-13264-01-00

Prof. Dr. med. Dirk Schlüter
Direktor
Universitätsklinikum Magdeburg A.ö.R.
Leipziger Str. 44
39120 Magdeburg

Telefon: +49 391 67-13392
Telefax: +49 391 67-13384

Laborinformation **22.02.2017**

Verzögerung in der Bearbeitung der Blutkulturen durch technischen Defekt

Durch einen technischen Defekt der Blutkulturautomaten gibt es Verzögerungen in der Abarbeitung bis zum 21.2.2017 eingegangener Blutkulturen!
Der Defekt der Blutkulturautomaten beinhaltet, dass positive Blutkulturen nicht mehr vom Gerät angezeigt werden. Daher müssen alle bis zum 21.02.2017 eingegangenen Blutkultur-Eingänge geräteunabhängig kulturell analysiert werden. Dadurch verzögert sich die Herausgabe der Endbefunde um ca. 48 Stunden. Der technische Defekt ist heute behoben worden, so dass ab dem 22.2.2017 eingegangene Blutkulturen wieder ohne Verzögerung bearbeitet werden können

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Ansprechpartner bei Rückfragen: PD Dr. med. Ina Tammer, Leiter der Abteilung Bakteriologie (Tel.: 15859, Pieper: 800-305)