UNIVERSITÄTSKLINIKUM MAGDEBURG A.ö.R.

OTTO VON GUERICKE UNIVERSITÄT MAGDEBURG

Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene

Prof. Dr. med. Dirk Schlüter
Direktor
Telefon: +49 391 67-13392
Telefax: +49 391 67-13384
dirk.schlueter@med.ovgu.de

Laborinformation 15.12.2017

Anleitung zur korrekten Umverpackung von Blutkultur-Glasflaschen für die Rohrpost!

In letzter Zeit wurden mehrfach Blutkultur-Glasflaschen unsachgemäß verpackt mit der Rohrpost versendet. Hierbei kam es zum Glasbruch und Auslaufen der beimpften Flaschen in die Rohrposthülse und das Rohrpostsystem. In der Folge musste die Rohrpostanlage gereinigt und desinfiziert werden, so dass sie für einige Stunden nicht genutzt werden konnte.
Um derartige Havarien zukünftig zu vermeiden, möchten wir Ihnen mit diesem Schreiben nochmals die korrekte Verpackung der Blutkulturflaschen für den Versand in der Rohrpost darstellen:



Ablaufbeschreibung (s. Abb.):
(1) Benötigte Materialien: Blutkulturflaschen, Sicherheitsbehälter für Blutkulturflaschen, Rohrposthülse, Polstermaterial
(2) Blutkulturflaschen in die Sicherheitsbehälter stellen
(3) Sicherheitsbehälter fest zuschrauben
(4) Rohrposthülse auspolstern
(5) Blutkulturflaschen in Sicherheitsbehältern in die Rohrposthülse stellen und so auspolstern, dass sie nicht mehr verrutschen können

Sicherheitsbehälter können unter der **SAP-Nummer 1022115** bestellt werden.

Alternativ können diese Umverpackungen auch in geringem Umfang wochentags während der Regelarbeitszeit vom Institut für Medizinische Mikrobiologie und Krankenhaushygiene bezogen werden.

Ansprechpartner bei Rückfragen:
Probst-Kepper (Tel. 15858 oder 800303)